

дата: 12.04.2018г. чл.2 от ЗЗЛД

**УТВЪРЖДАВАМ:**



**Д-Р НИКОЛАЙ ДЕНЕВ**  
Управител на „ДКЦ 1–Разград” ЕООД

## **ПРОТОКОЛ**

### **№ 2**

**за отваряне, разглеждане, оценка на офертите и класиране на участниците в процедура по чл.187 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП, с предмет: „Доставка на система за дигитализация на рентгеновите медицински изображения за нуждите на „ДКЦ 1 – Разград” ЕООД”**

Днес, 11.04.2018г., в 14.00 часа, комисия, назначена със Заповед № 09/19.03.2018г. на Управителя на „Диагностично-консултативен център 1 – Разград” ЕООД /”ДКЦ 1 – Разград” ЕООД/, в състав :

Председател: д-р Атанас Тодоров – лекар ординатор-образна диагностика в „ДКЦ 1 – Разград” ЕООД;

Членове: 1. Емил Попов – счетоводител в „ДКЦ 1 – Разград” ЕООД;  
2. Цветелина Ботева – юрист, адвокат в АК-Разград,

се събра в кабинет 15, на втори етаж, в сградата на „ДКЦ 1–Разград” ЕООД на адрес: гр. Разград, ул.”Васил Левски” № 1, за да извърши следващите действия в процедурата по реда на чл.187 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП, чрез събиране на оферти с публикуване на обява, с предмет: „Доставка на система за дигитализация на рентгеновите медицински изображения за нуждите на „ДКЦ 1 – Разград” ЕООД”.

Възлагането на обществената поръчка е открито със Заповед № 08/07.03.2018г. на Управителя на ”ДКЦ 1 – Разград” ЕООД. Обявата за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП с № 59/07.03.2018г. е публикувана на 07.03.2018г. в профила на купувача на ”ДКЦ 1 – Разград” ЕООД. Информация за горепосочената обява, съгласно чл.96 ал.1 от ЗОП, е публикуване в Портала по обществени поръчки с ID 9073607 от 07.03.2018г. Публичен достъп до Обявата и документацията към нея е предоставен от 07.03.2018г. в профила на купувача на ”ДКЦ 1 – Разград” ЕООД на електронен адрес: [www.dkclrazgrad.com](http://www.dkclrazgrad.com), в раздел „Профил на купувача”, подраздел „Процедури по чл.20 ал.3.

Решението за насрочване на това заседание е взето от комисията. Заседанието е закрито заседание.

Всички участници са уведомени за констатациите на комисията относно наличието, пълнотата и съответствието на информацията и документите от

подадената от него оферта и за необходимите допълнителни документи и информация, като на 26.03.2018г., на всеки от тях е изпратен Протокол № 1/23.03.2018г. от дейността на комисията и на 26.03.2018г. същият протокол е публикуван в профила на купувача на Възложителя. Изпращането до участниците е извършено по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, на електронния адрес за кореспонденция, посочен от всеки участник в офертата му.

По отношение на двама от участниците - „ДИАГОНАЛ” ООД и „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД, са установени непълноти и несъответствия на информацията в офертите и срокът, в който могат да представят допълнително документи е 5 работни дни, т.е. до 02.04.2018г., включително.

Комисията констатира, че в срока за представяне на допълнителните документи са постъпили два плика от участниците: „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД, с Вх.№ 86/30.03.2018г., постъпил в 10,15 часа и „ДИАГОНАЛ” ООД, с Вх.№ 87/30.03.2018г., постъпил в 11,59 часа. Същите са запечатани, непрозрачни, с ненарушена цялост, надписани в съответствие с изискванията и с отразени върху всеки от тях пореден номер, входящ номер, дата и час на подаването му.

Председателят на комисията отвори последователно, по реда на постъпването им в ”ДКЦ 1 – Разград” ЕООД, горепосочените пликове с допълнителни документи и комисията констатира представените от всеки от участниците допълнителни документи, а именно:

- от „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД: придружително писмо и Декларация за изпълнени от участника договори, сходни с предмета на поръчката, с посочени пет договора и данни от РОП за публикуваната информация за изпълнените доставки на системи за дигитализация на медицински изображения - оригинал;

- от „ДИАГОНАЛ” ООД: придружително писмо, Списък на доставките извършени през последните три календарни години с посочени 16 договора – оригинал и заверени копия на две удостоверения, една референция и три протокола за изпълнени три доставки на системи за дигитализация на рентгенови медицински изображения.

Комисията констатира, че участникът - „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД, е представил необходимите допълнителни документи, съдържащи цялата изисквана от него информация, посочена в Протокол № 1/23.03.2018г. Комисията извърши проверка в публичния Регистър на обществените поръчки и установи публикуваната там информация за изпълнени през последните три години, от участника, две доставки на апаратури със системи за дигитализация на рентгенови/мамографски медицински изображения по сключени договори от 20.07.2015г. и 08.10.2015г. С оглед допълнително представените документи и информация и след тяхното разглеждане, **комисията единодушно взе следното**

#### **РЕШЕНИЕ:**

**1. Констатира, че в офертата на „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД се съдържат всички необходими документи и информация, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Обявата за обществената поръчка и документацията към нея, представените документи са редовни и участникът отговаря на поставените изисквания за лично състояние и на критериите за подбор.**

Комисията констатира, че участникът - „ДИАГОНАЛ” ООД, е представил необходимите допълнителни документи, съдържащи цялата изисквана от него информация, посочена в Протокол № 1/23.03.2018г. С оглед допълнително представените документи и информация и след тяхното разглеждане, **комисията единодушно взе следното**

**РЕШЕНИЕ:**

**2. Констатира, че в офертата на „ДИАГОНАЛ” ООД се съдържат всички необходими документи и информация, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Обявата за обществената поръчка и документацията към нея, представените документи са редовни и участникът отговаря на поставените изисквания за лично състояние и на критериите за подбор.**

С оглед гореизложеното, **комисията единодушно взе следното**

**РЕШЕНИЕ :**

**3. Допуска до разглеждане техническите предложения от подадените оферти от участниците - „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ” ООД, „ДИАГОНАЛ” ООД и „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД, в процедурата по чл.187 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на система за дигитализация на рентгеновите медицински изображения за нуждите на „ДКЦ 1 – Разград” ЕООД”.**

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения от допуснатите оферти.

Комисията констатира, че техническото предложение от офертата на „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ” ООД, с Вх.№ 71/15.03.2018г. съдържа необходимите документи, с необходимите в тях данни и информация и в определените от Възложителя форма и вид, съгласно изискванията от Документацията за поръчката и направените предложения от участника са в съответствие с Техническата спецификация и поставените изисквания. Направените от участника предложения в документите по образец – Оферта и приложение - „Технически параметри на предлаганата система за дигитализация на рентгеновите медицински изображения и таблица за съответствието ѝ с техническите изисквания на възложителя”, са следните:

а/ за апаратурата предложена за доставка:

- Система за дигитализация на медицинските изображения /рентгенографски и мамографски/ марка и модел: Дигитайзер CR30-Xm с работна станция NX, произведен от AGFA HealthCare N.V.;
- работи с пет размера рентгенографски касети и два размера мамографски касети;
- разделителна способност при мамография: 20 пиксела/мм (50 µm);
- разделителна способност при рентгенография: стандартно 10 пиксела/мм (100 µm);
- скорост за обработка на касети: 60 броя за 1 час (за размер 35см/43см при разделителна способност от 10 пиксела/мм);
- скорост за обработка на мамографски филми: 38 броя за 1 час (за размер 18см x 24 см);
- дълбочина на сканиране на образа (придобиване): 20 бита/пиксел;
- изход към работната станция: 16 бита/пиксел;

б/ за гаранционен срок на доставената апаратура: 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на подписване на протокола за монтаж и въвеждането на апаратурата в експлоатация, в който срок ще бъде осигурено и нейното гаранционно /сервизно/ обслужване.

Комисията констатира, че техническото предложение от офертата на „**ДИАГОНАЛ**” ООД, с Вх.№ 74/16.03.2018г. съдържа необходимите документи, с необходимите в тях данни и информация и в определените от Възложителя форма и вид, съгласно изискванията от Документацията за поръчката и направените предложения от участника са в съответствие с Техническата спецификация и поставените изисквания. Направените от участника предложения в документите по образец – Оферта и приложение - „Технически параметри на предлаганата система за дигитализация на рентгеновите медицински изображения и таблица за съответствието ѝ с техническите изисквания на възложителя”, са следните:

а/ за апаратурата предложена за доставка:

- Система за дигитализация на медицинските изображения /рентгенографски и мамографски/ марка и модел: iCR3600m, произведен от iCRco.Inc. САЩ;

- работи с шест размера рентгенографски и два размера мамографски касети;  
- разделителна способност при мамография: 20 пиксела/мм (50 µm);  
- разделителна способност при рентгенография: 10 пиксела/мм (100 µm);  
- скорост за обработка на касети: 76 броя за 1 час - за размер 35см/43см при разделителна способност от 10 пиксела/мм; 94 броя за 1 час при смесени размери и 105 броя за 1 час - за размер 18см/24см при 10 пиксела/мм;

- скорост за обработка на мамографски филми: 40 броя за 1 час - за размер 18см x 24 см; 35 броя за 1 час при смесени размери при 508 DPI и 30 броя за 1 час – за размер 24см/30см;

- дълбочина на сканиране на образа (придобиване): 16 бита/пиксел, 65536 нива на сивото;

- изход към работната станция: 16 бита/пиксел;

б/ за гаранционен срок на доставената апаратура: 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на подписване на протокола за монтаж и въвеждането на апаратурата в експлоатация, в който срок ще бъде осигурено и нейното гаранционно /сервизно/ обслужване.

Комисията констатира, че техническото предложение от офертата на „**ЕЛПАК - ЛИЗИНГ**” ЕООД, с Вх.№ 75/16.03.2018г. съдържа необходимите документи, с необходимите в тях данни и информация и в определените от Възложителя форма и вид, съгласно изискванията от Документацията за поръчката и направените предложения от участника са в съответствие с Техническата спецификация и поставените изисквания. Направените от участника предложения в документите по образец – Оферта и приложение - „Технически параметри на предлаганата система за дигитализация на рентгеновите медицински изображения и таблица за съответствието ѝ с техническите изисквания на възложителя”, са следните:

а/ за апаратурата предложена за доставка:

- Система за дигитализация на медицинските изображения /рентгенографски и мамографски/ марка и модел: CR четящо устройство High Cap XLp с надграждане за мамография, работна станция DXN-PC с монитор DXN-

TMon21, софтуер DXS-AQS-BASIC с надграждане за мамография DXS-AQS-Mammo, произведена от COLENTA, Австрия;

- работи с пет размера рентгенографски и два размера мамографски касети;
- разделителна способност при мамография: 20 пиксела/мм (50  $\mu\text{m}$ );
- разделителна способност при рентгенография: 10 пиксела/мм (100  $\mu\text{m}$ );
- скорост за обработка на касети: 87 броя за 1 час (за размер 35см/43см при разделителна способност от 10 пиксела/мм);
- скорост за обработка на мамографски филми - 70 броя за 1 час (за размер 18см x 24 см);

- дълбочина на сканиране на образа (придобиване): 12 бита/пиксел;
- изход към работната станция: 12 бита/пиксел;

б/ за гаранционен срок на доставената апаратура: 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на подписване на протокола за монтаж и въвеждането на апаратурата в експлоатация, в който срок ще бъде осигурено и нейното гаранционно /сервизно/ обслужване.

Комисията продължи своята работа като в съответствие с Методиката за оценка на офертите, извърши **оценка на офертите по показателя „Технически параметри”**, представляваща сбор от оценките в точки по четирите подпоказателя /Т1, Т2, Т3 и Т4/, посочени в таблицата по-долу, определени въз основа на посочените от всеки участник стойности на техническите характеристики на предлаганата апаратура по точка 1-„Дигитайзер” подточки 1.3, 1.4, 1.6 и 1.7 в колона 3 на документа - „Технически параметри на предлаганата система за дигитализация на рентгеновите медицински изображения и таблица за съответствието ѝ с техническите изисквания на възложителя” и изчислени по начина предвиден в Методиката за оценка на офертите, както следва:

<b>Оценка на офертите по показателя „Технически параметри”</b>						
Участник:	<b>„МЕДИКЪЛ ИМИДЖ” ООД</b>		<b>„ДИАГОНАЛ” ООД</b>		<b>„ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД</b>	
<b>Подпоказатели за оценка</b>	Предложение на участника	Оценка в точки	Предложение на участника	Оценка в точки	Предложение на участника	Оценка в точки
<b>Т1</b> - Максимална разделителна способност на дигитайзера за касети за рентгенографски изследвания	10 пиксела/мм (100 $\mu\text{m}$ )	<b>5</b>	10 пиксела/мм (100 $\mu\text{m}$ )	<b>5</b>	10 пиксела/мм (100 $\mu\text{m}$ )	<b>5</b>
<b>Т2</b> – Производителност на дигитайзера за касети за обща рентгенология с размер 35см x 43см (брой касети/час при резолюция $\geq 10$ пиксела/мм)	60 касети/час	<b>10</b>	76 касети/час	<b>10</b>	87 касети/час	<b>10</b>
<b>Т3</b> – Резолюция: Дълбочина на сканиране на образа (придобиване)	20 бита/пиксел	<b>10</b>	16 бита/пиксел	<b>5</b>	12 бита/пиксел	<b>1</b>
<b>Т4</b> – Резолюция: Изход към работната станция	16 бита/пиксел	<b>5</b>	16 бита/пиксел	<b>5</b>	12 бита/пиксел	<b>1</b>
<b>Оценка по показателя „Технически параметри”</b>	<b>30 точки</b>		<b>25 точки</b>		<b>17 точки</b>	

След извършеното оценяване на офертите по показателя „Технически параметри”, комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения от допуснатите оферти.

Комисията разгледа Ценовото предложение от офертата на **„МЕДИКЪЛ ИМИДЖ” ООД**, с Вх.№ 71/15.03.2018г., съдържащо се в раздел III - Ценово предложение, от документа по образец – „Оферта” и констатира, че същото е изготвено, съгласно изискванията на възложителя от документацията за поръчката и съдържа цялата необходима информация. Предлаганата от участника цена в размер на 52 680,00 лева с ДДС /петдесет и две хиляди шестотин и осемдесет лева с ДДС/, оповестена при първоначалното отваряне на офертите, представлява обща стойност в лева с ДДС за изпълнение на поръчката и не надвишава определената от възложителя максимална стойност от 60 000 лева с ДДС.

Комисията разгледа Ценовото предложение от офертата на **„ДИАГОНАЛ” ООД**, с Вх.№ 74/16.03.2018г., съдържащо се в раздел III - Ценово предложение, от документа по образец – „Оферта” и констатира, че същото е изготвено, съгласно изискванията на възложителя от документацията за поръчката и съдържа цялата необходима информация. Предлаганата от участника цена в размер на 58 880,00 лева с ДДС /петдесет и осем хиляди осемстотин и осемдесет лева с ДДС/, оповестена при първоначалното отваряне на офертите, представлява обща стойност в лева с ДДС за изпълнение на поръчката и не надвишава определената от възложителя максимална стойност от 60 000 лева с ДДС.

Комисията разгледа Ценовото предложение от офертата на **„ЕЛПАК-ЛИЗИНГ” ЕООД**, с Вх.№ 75/16.03.2018г., съдържащо се в раздел III - Ценово предложение, от документа по образец – „Оферта” и констатира, че същото е изготвено, съгласно изискванията на възложителя от документацията за поръчката и съдържа цялата необходима информация. Предлаганата от участника цена в размер на 54 720,00 лева с ДДС /петдесет и четири хиляди седемстотин и двадесет лева с ДДС/, оповестена при първоначалното отваряне на офертите, представлява обща стойност в лева с ДДС за изпълнение на поръчката и не надвишава определената от възложителя максимална стойност от 60 000 лева с ДДС.

Комисията, съгласно чл.195 във връзка с чл.72 ал.1 от ЗОП, извърши необходимите изчисления и установи, че няма предложение за цена в оферта на участник, което да е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията за цена от офертите на останалите участници.

Комисията пристъпи към **оценка на офертите по показателя „Предлагана цена”**, в съответствие с Методиката за оценка на офертите и извърши оценката в точки, както следва:

<b>Оценка на офертите по показателя „Предлагана цена”</b>		
Наименование на участника	Предложена от участника цена в лева с ДДС	Точки по показателя „Предлагана цена”
<b>„МЕДИКЪЛ ИМИДЖ” ООД</b>	52 680,00	<b>60,00</b>
<b>„ДИАГОНАЛ” ООД</b>	58 880,00	<b>53,68</b>
<b>„ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД</b>	54 720,00	<b>57,76</b>

След направената оценка на допуснатите до участие оферти по показателите обявени от Възложителя – „Технически параметри” и „Предлагана цена”, съгласно Методиката за оценка на офертите, комисията изчисли **комплексната оценка на всяка оферта**, представляваща сбор от оценките в точки по всеки от двата показателя, както следва:

<b>Комплексна оценка на офертите в точки</b>			
Наименование на участника	Точки по показателя „Технически параметри”	Точки по показателя „Предлагана цена”	<b>Комплексна оценка в точки</b>
„МЕДИКЪЛ ИМИДЖ” ООД	30	60,00	<b>90,00</b>
„ДИАГОНАЛ” ООД	25	53,68	<b>78,68</b>
„ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД	17	57,76	<b>74,76</b>

Въз основа на горепосочените резултати, получени при разглеждането на офертите и оценяването им, съобразно определения от Възложителя критерий за възлагане - „оптимално съотношение качество/цена”, **комисията единодушно взе следното**

#### **РЕШЕНИЕ :**

**4. Класира участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване във възлагането на обществената поръчка, по реда на чл.187 от ЗОП, с предмет: „Доставка на система за дигитализация на рентгеновите медицински изображения за нуждите на „ДКЦ 1 – Разград” ЕООД”, както следва:**

- на **ПЪРВО МЯСТО** – „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ” ООД, с комплексна оценка **90,00** точки;
- на **ВТОРО МЯСТО** – „ДИАГОНАЛ” ООД, с комплексна оценка **78,68** точки;
- на **ТРЕТО МЯСТО** - „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ” ЕООД, с комплексна оценка **74,76** точки.

**Комисията предлага на възложителя, за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Доставка на система за дигитализация на рентгеновите медицински изображения за нуждите на „ДКЦ 1 – Разград” ЕООД”, да бъде определен класирания на първо място участник - „МЕДИКЪЛ ИМИДЖ” ООД, чиято оферта е икономически най-изгодна оферта като получила най-висока стойност на комплексната оценка и със същия да се сключи договор за възлагане на поръчката.**

Председателят на комисията закри заседанието на 11.04.2018г. в 15.10ч.

С това комисията изпълни поставените и задачи за отваряне, разглеждане, оценка на подадените оферти и класиране на участниците в процедурата.

Настоящият протокол се състави и подписа на 11.04.2018г., в един екземпляр.

### **КОМИСИЯ :**

Председател: . . . чл.2 от ЗЗЛД . . . . .  
/д-р Атанас Тодоров/

Членове: 1. . . . чл.2 от ЗЗЛД . . . . .  
/Емил Попов/

2 . . . . чл.2 от ЗЗЛД . . . . .  
/Цветелина Ботева/