

Изм.№ 66 / 12.03.2018г.

**РАЗЯСНЕНИЯ**  
**ПО УСЛОВИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**  
**с предмет: „Доставка на система за дигитализация на рентгеновите медицински**  
**изображения за нуждите на „ДКЦ 1 – Разград” ЕООД”**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило на 12.03.2018г., писмено искане за разяснения по документацията за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.187 от ЗОП, на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП, с публикувана на 07.03.2018г., в профила на купувача на „Диагностично-консултативен център 1 – Разград” ЕООД, Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП № 59/07.03.2018г., с предмет: „Доставка на система за дигитализация на рентгеновите медицински изображения за нуждите на „ДКЦ 1 – Разград” ЕООД”, с Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП, публикувана на Портала по обществени поръчки с ID 9073607 от 07.03.2018г.

на основание чл.189 от ЗОП, даваме следните разяснения по поставения

**Въпрос:** С какво количество и с какви размери и видове (нормални или мамографски) плаки и касети да бъде окомплектована системата за дигитализация?

**Отговор:** При доставката, системата за дигитализация на рентгеновите медицински изображения трябва да бъде придружена с: рентгенови касети за рентгенография с фосфорни плаки - два броя с размери 24см x 30см, два броя с размери 35см x 43см и два броя с размери 35см x 35см и рентгенови касети за мамография с фосфорни плаки – два броя с размери 18см x 24см.

12.03.2018г.  
град Разград

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ....чл.2 от ЗЗЛД.....**

**Д-Р НИКОЛАЙ ДЕНЕВ**  
*Управител на „ДКЦ 1 – Разград” ЕООД*